



Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ
Azerbaijan Republic
Ministry of Health
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER



AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)

Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cəbbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarli str., Bakı AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 599530
Analysis №



Daxilolma tarixi 23.01.2024

Tarix: 08.02.2024
Date:

Dərman formasının adı:

Product: PARİNOKS ENX 100 mq/ml İnyeksiya üçün məhlul N 10

Seriya №

234547

Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı:

ATABAY KİMYA SAN VE
TİC AŞ, Türkiyə

Manufacturer:

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 604-22

Son istifadə tarixi

Exp.date

01.12.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz məhlul
Həcmi	0.40 ml (0.40 -- 0.44 ml) (0.0217791*)
pH	6.87 (5.5 -- 7.5) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	enoksaparin natrium -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

N.M.Ş.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

[Signature]





Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
ANALİTİK EKSPERTİZA
MƏRKƏZİ
Azerbaijan Republic
Ministry of Health
ANALYTICAL EXPERTISE CENTER



AZS ISO/IEC 17025:2020 (sınaq)
Az 01.0715.01.22

Bakı AZ1065, Cəfər Cabbarlı küç., 34, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

34 Jafar Jabbarli str., Bakı AZ1065, Tel. (+994 12) 596 05 20
e-mail: aem@pharma.az
www.pharma.az

Analiz sertifikatı
Certificate of analysis

Analiz № 599529
Analysis №



Daxilolma tarixi 23.01.2024

Tarix: 08.02.2024
Date:

Dərman formasının adı:

Product: PARİNOKS ENX 100 mq/ml İnyeksiya üçün məhlul N 10

Seriya № 234548
Batch №

Daxil olma mənbəyi:

Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: ATABAY KİMYA SAN VE
Manufacturer: TİC AŞ, Türkiyə

Analiz metodu:

Method of analysis: İstehsalçı NS-i 604-22

Son istifadə tarixi

Exp.date 01.12.2026

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, rəngsiz məhlul
Həcmi	0.40 ml (0.40 -- 0.44 ml) (0.0217791*)
pH	6.44 (5.5 -- 7.5) (0.017069*)
Eyniliyin təyini	enoksaparin natrium -- məqbul test
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir

Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

Y.O.M.

Mikrobioloq Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

