

Uyğunluq sertifikatı
Certificate of conformity

Analiz № 550325 **Daxilolma tarixi** 12.08.2022 **Tarix:** 29.08.2022
Analysis № 550325 **Barcode** 00550325 **Date:** 29.08.2022

Dərman formasının adı:
Product: POL-SİPRO 2 mq/ml İnfuziya üçün məhlul N 1

Seriya № C12990001A
Batch №

Daxil olma mənbəyi:
Customer: AZƏRİ MED QSC

İstehsalçı: AROMA İLAÇ SAN AŞ,
Manufacturer: Türkiyə

Analiz metodu:
Method of analysis: İstehsalçı NS-i 062-18

Son istifadə tarixi
Exp.date 01.03.2024

Aparılan tədqiqatlar	Nəticə
Xarici görünüşü	şəffaf, açıq-sarımtıl rəngli məhlul
Rəng və şəffaflığı	uyğundur
Həcmi, orta kütləsi	200.0ml (min. 200.0ml) (0.019729*)
pH	4.297 (3.5 -- 4.6) (0.02714674*)
Eyniliyin təyini	siprofloksasin -- məqbul test, natrium xlorid -- məqbul test
Miqdarı təyini	siprofloksasin -- 195.48mq/100ml (180.0 -- 220.0mq/100ml)
Standart nümunəyə uyğun qablaşdırılması və markalanması	uyğundur
Qeyd	*-ölçmələrdə hesablanmış genişləndirilmiş qeyri-müəyyənliyi ifadə edir
Sterillik	sterildir


Qərar: Təqdim olunan nümunələr Normativ Sənədə

Analitik

V.A.K.

Mikrobioloq

Ə.E.H.



Laboratoriya müdiri

